



RGNF

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
HR-10002 Zagreb
Pierottijeva 6, p.p. 390



KLASA:406-02/22-01/5
URBROJ:251-70-08-21-11
Zagreb, 21.03.2022.

Predmet: Odgovori naručitelja na upite potencijalnih ponuditelja

Poštovani,

dana 15.03.2022 upućen je Poziv za dostavu ponuda po predmetu nabave Prijenosni XRF za potrebe Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta" (ev. broj: 97-JN/2022).

Dana 18.03.2022 zaprimljen je upit potencijalnog ponuditelja s pitanjem u nastavku:

1.Upit:

Stavka: 3. SDD detektor velike površine 25 mm m2/large area SDD 25 mm m2

Izmjena:

3. SDD detektor velike površine 20 mm m2 ili veće

Objašnjenje:

Sama površina detektora ne opisuje dobro tražene performanse prijenosnog XRF-a bez traženih performansi rezolucije detektora. Ovakvom promjenom tehničke specifikacije se ne narušava kvaliteta ponuđenog instrumenta, već se omogućuje sudjelovanje više zainteresiranih ponuđača što je i svrha javne nabave.

1.Odogovor: Prihvaća se

2.Upit:

Stavka: 12.Zaštitna olovna kapa za mjerenje u laboratoriju/teren (da/ne)

Izmjena: 12. Kapa za zaštitu od zračenja za mjerenje u laboratoriju/teren (da/ne)

Objašnjenje:

Prihvaćate li kapu za zaštitu od zračenja od drugih materijala? Obzirom da je cilj kape zaštita korisnika od zračenja neovisno o upotrijebljenom materijalu. Ovakvom promjenom tehničke specifikacije se ne narušava kvaliteta ponuđenog instrumenta, već se omogućuje sudjelovanje više zainteresiranih ponuđača što je i svrha javne nabave

2.Odogovor: Ne prihvaća se

3.Upit:

Stavka: 13. Kapacitet pojedine baterije za 10 sati kontinuiranog rada - 2 kom (da/ne)

Izmjena: 13.Kapacitet pojedine baterije za 8 sati kontinuiranog rada - 2 kom (da/ne)

Objašnjenje:

TEL:
centrala: 01/553-5700
ured dekana: 01/553-5702
računovodstvo: 01/553-5704
FAX: 01/4836-051
MB: 03207005
OIB: 99534693762
IBAN:
HR2823600001101303431
URL: <http://www.rgn.hr>
E-MAIL: dekanat@rgn.hr



Prihvaćate li 8 sati kao vrijeme kontinuiranog rada kojeg garantiramo, s mogućnošću dužeg rada što ovisi o intenzitetu i broju mjerenja? 10 sati kontinuiranog rada u svojim specifikacijama navodi samo jedan proizvođač. Ovakvom promjenom tehničke specifikacije se ne narušava kvaliteta ponuđenog instrumenta, već se omogućuje sudjelovanje više zainteresiranih ponuđača što je i svrha javne nabave.

3.Odogovor: Prihvaća se

4.Upit: Stavka: 17. Ekran za prikaz osjetljiv na dodir ne manji od 4,1" (da/ne)

17. Ekran za prikaz osjetljiv na dodir ne manji od 3,7" (da/ne)

Objašnjenje:

Prihvaćate li ekran manjih dimenzija ali veće rezolucije obzirom da veličina ekrana nije presudna za kvalitetu prikaza? Ekran od 4,1" zadovoljava samo jedan proizvođač. Ovakvom promjenom tehničke specifikacije se ne narušava kvaliteta ponuđenog instrumenta, već se omogućuje sudjelovanje više zainteresiranih ponuđača što je i svrha javne nabave.


4.Odogovor: Ne prihvaća se

Odredbe Poziva za dostavu ponuda ostaju nepromijenjene, nove Tehnička specifikacija - prilog 1_1. izmjena se nalaze u prilogu.

DEKAN:



Sveučilište u Zagrebu
RUDARSKO
GEOLOŠKO
NAFTNI FAKULTET


Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić